

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Патрубок KF DN 25 — CBVAC 7142

CBVAC 7142



Патрубок KF CBVAC 7142: размер — DN 25; материал — Хромированная сталь; масса нетто — 0,08 кг; стандарт присоединения — KF; функциональная группа — Другие вакуумные компоненты.

Категория	Другие вакуумные компоненты
Серия	Патрубок KF
Модель	CBVAC 7142
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Артикул CBVAC	7142
Размер	DN 25
Материал	Хромированная сталь
Масса нетто	0,08 кг
Условный проход	DN 25
Стандарт присоединения	KF
Функциональная группа	Другие вакуумные компоненты

Применение и подбор

Патрубок KF CBVAC 7142 — специализированный элемент для интеграции оборудования в вакуумную систему. Подтверждённые данные исполнения: размер — DN 25; стандарт присоединения — KF; материал — Хромированная сталь; масса нетто — 0,08 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7142 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Компонент образует специализированный механический, измерительный или электрический интерфейс вакуумной установки. Его применимость определяется точным присоединением, геометрией, материалами и функцией в проекте.

При выборе учитывают назначение интерфейса, присоединение, материал, монтажные размеры и условия эксплуатации. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


На сборочном чертеже фиксируют ориентацию, доступ для подключения, разгрузку соседних деталей и безопасные расстояния. Электрические и вакуумные пределы, отсутствующие в каталожной строке, задают отдельной проектной спецификацией.

Перед установкой сверяют артикул и размеры, проверяют чистоту, целостность изоляционных и уплотнительных поверхностей. После монтажа контролируют герметичность и соответствующую функции электрическую либо механическую работоспособность. Результаты проверок сохраняют в документации установки. После разборки, изменения проводки или замены уплотнения выполняют повторный контроль интерфейса.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7142, размер DN 25, материал Хромированная сталь, масса нетто 0,08 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.



До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

Техническая схема серии



Заводская размерная схема семейства Патрубок KF; буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения