

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Медная прокладка CF DN 250, A = 273,1, B = 254 мм — CBVAC 7364

CBVAC 7364



Медная прокладка CF CBVAC 7364: размер — DN 250, A = 273,1, B = 254 мм; материал — Бескислородная медь; масса нетто — 0,2 кг; стандарт присоединения — CF; функциональная группа — Медные уплотнения.

Категория	Медные уплотнения
Серия	Медная прокладка CF
Модель	CBVAC 7364
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Артикул CBVAC	7364
Размер	DN 250, A = 273,1, B = 254 мм
Материал	Бескислородная медь
Масса нетто	0,2 кг
Условный проход	DN 250
Размер A	273,1 мм
Размер B	254 мм
Стандарт присоединения	CF
Функциональная группа	Медные уплотнения

Применение и подбор

Медная прокладка CF CBVAC 7364 — уплотнительный элемент разъёмного соединения CF. Подтверждённые данные исполнения: размер — DN 250, A = 273,1, B = 254 мм; стандарт присоединения — CF; материал — Бескислородная медь; масса нетто — 0,2 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7364 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Компонент формирует геометрию и уплотнение разъёмного фланцевого соединения. Результат зависит от точного соответствия стандарту и диаметру, состояния ответных поверхностей и выбранного материала уплотнения.

Размер прокладки сопоставляют с типоразмером ответных фланцев и требованиями к чистоте вакуумного тракта. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


При сборке очищают сопрягаемые поверхности, устанавливают элемент без перекоса и не используют смазки либо очистители, не согласованные с вакуумным процессом. Фильтрующее исполнение ориентируют с учётом направления загрязняющего потока и доступности обслуживания.

До монтажа проверяют размер, материал, отсутствие порезов, вмятин, частиц и следов старого уплотнения. После откачки контролируют натекание собранного соединения по принятой на установке методике. Состояние уплотнения оценивают при каждом вскрытии. Возможность повторного применения определяется типом элемента, деформацией, чистотой и внутренним регламентом оборудования.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7364, размер DN 250, A = 273,1, B = 254 мм, материал Бескислородная медь, масса нетто 0,2 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.



До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

Техническая схема серии



Заводская размерная схема семейства Медная прокладка CF; буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения